แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

เรื่อง การวัด B.P ทารกและมารดา (เครื่องวัดความดัน Dijital)

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
	วิธีปฏิบัติ	
1	กดปุ่มที่สัญลักษณ์	
2	กดไปที่ NIBP	
3	กดปุ่มไปที่ Patient Type	
4	กดเลือก Adult (สำหรับวัด B.P. มารดา)	
5	กดเลือก Pedi (สำหรับวัด B.P. ทารก)	
6	กดไปที่ Interval Time (ตั้งเวลาที่ต้องการ)	
7	หลังจากนั้นกด Exit เมื่อต้องการออก	

ผู้บันทึก คุณปรีญานัน ผิวทอง **ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้**

หน่วยงาน สูติกรรม **วันที่** 29 ธันวาคม 2560

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง…….....

ลงชื่อ.....**วันที่**.....